

RT-试纸型阳性标准品使用说明书

(产品货号: KS106-PC)

标配材料

组分&体积		备注
阳性引物 PM	180μl	
阳性探针 PB (蓝盖)	15μl	
阳性标准品 (红盖)	80μl	浓度: 10⁸cp/μl
使用说明书	1份	

存储条件及有效期

存储在-20±5℃、干燥、避光的环境, 有效期1年。

实验方案

以上组分可用于检测**RT-试纸型核酸扩增试剂盒 (ERA法)**组分的活性。检测方法与**试剂盒实验方案**相同, 50μl 反应体系用量如下:

组分	每管加样量/μl
阳性引物 PM	4.2
阳性探针 PB	0.6
阳性标准品	2

添加阳性标准品反应后的预期结果应为试纸条上有一条清晰的有色检测线 (以及独立的对照线), 相反, 阴性对照 (无模板) 在检测线处不产生任何信号。阳性对照反向引物带有FAM标记, 而探针带有生物素标记。



*阳性标准品、阴性对照检测板条带结果如图



欢迎扫码关注